Factor VIII Inhibitor Plasma HCV neg





Référence	Présentation	Format
4-5159010	Flacon	5 x 1,0 mL

Plasma humain dépleté en Facteur VIII contenant un inhibiteur anti-FVIII rajouté. Il est destiné à être utilisé en laboratoire clinique lors du dosage Bethesda ou Besthesda Nijmegen modifié.

Le plasma de contrôle FVIII Inhibiteur, HCV négatif, est un plasma normal humain immuno-absorbé avec un anticorps inhibiteur spécifique rajouté, dirigé contre l'activité du Facteur VIII (FVIII:C).

Produits Associés

- CRYOcheck™ Factor VIII Inhibitor Kit
- Factor IX Inhibitor Plasma Negative Control
- Factor IX Inhibitor Plasma Weak Control
- Factor VIII Inhibitor Plasma
- Factor VIII Inhibitor Plasma Negative Control
- Factor VIII Inhibitor Plasma Weak Control


Informations

Le traitement de l'hémophilie A consiste en l'injection par voie I.V. du Facteur VIII manquant pour prévenir ou arrêter les saignements.
La complication majeure de ce traitement est le développement d'anticorps contre le FVIII, appelés inhibiteurs.

Le développement d'inhibiteur anti-FVIII entraine des épisodes de saignements difficilement contrôlables.
La mesure de l'activité de l'inhibiteur s'effectue par un test Bethesda ou Bethesda Nijmegen et s'exprime en BU.
1BU neutralise 50% de l'activité du FVIII pour l'hémophilie A.

Composants du coffret

- 5 flacons de 1 mL de plasma lyophilisé



Caractéristiques

Le plasma avec inhibiteur du FVIII HCV négatif peut être utilisé :

- Comme contrôle pour la détermination du titre Unités Bethesda (BU).
- Titre en Bethesda Unit dépendant des lots et des tests.
- Pour le contrôle d'exactitude de la détermination d'inhibiteur du FVIII d'après le test Bethesda.
- Stabillité de 1 mois après reconstitution



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr