D-DIMÈRES

ELISA

COFFRETS DE DOSAGE

Dosage Immuno-Latex

ActiScreen™XL-FDP

Référence	Présentation	Nombre de tests
11-800DB	Coffret	60



Informations

Le D-dimère est un produit de dégradation de la fibrine réticulée (XL-FDP), par la plasmine, principale enzyme de lyse des caillots.
Ce sont des petits fragments de fibrine réticulée circulant dans le sang, marqueur de la fibrinolyse.
La mesure du niveau de D-dimères chez un patient est utile pour indiquer la présence d'un caillot sanguin.
Par conséquent, des niveaux inférieurs à des seuils prédéterminés peuvent être utilisés pour exclure des conditions telles que la thrombose veineuse profonde (TVP), l'embolie pulmonaire (PE) et les accidents vasculaires cérébraux.
Un niveau de D-dimères peut être utilisé pour aider à diagnostiquer la coagulation intravasculaire disséminée (DIC) et pour surveiller l'efficacité du traitement de la DIC.

ACTISCREEN™XL-FDP est un test d'immunoagglutination pour l'évaluation qualitative ou semi-quantitative rapide des dérivés de produits de dégradation de la fibrine réticulée (XL-FDP) circulant dans le plasma humain.

Composants du coffret

- 1 flacon de réactif d'immunoagglutination, 2,0 mL
- 1 flacon de contrôle positif, 0,6 mL
- 1 flacon de contrôle négatif, 0,6 mL
- 1 flacon de tampon 20 mL
- 10 cartes de test (8 tests par carte)
- 1 paquet de bâtonnets à mélanger (60)

Points forts

ActiScreen™XL-FDP utilise des billes de latex couplées à l'anticorps monoclonal hautement spécifique DD3B6 / 22. XL-FDP présent dans le plasma se lie aux billes de latex revêtues d'anticorps, ce qui entraîne une agglutination, visible sur la carte de test, lorsque la concentration de XL-FDP est supérieure à la limite inférieure de détection du test.
La présentation lyophilisée permet une plus grande stabilité jusqu'à la date d'expiration.



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr