RÉACTIFS ADDITIONNELS

Réactif anti-sédimentation HD Chip T-TAS®01

RUO 15°C 25°C


Produits Associés

HD Chip T-TAS® 01

Informations

La sédimentation des érythrocytes à l'intérieur du réservoir du test HD a été observée dans certains cas, et la prévention de la sédimentation des érythrocytes devrait entraîner une analyse plus précise et reproductible de la puce HD.

Référence	Présentation	Format
25-NS0001	Flacon	1 x 2,0 mL



Réactif visant à empêcher la sédimentation des échantillons qui seront testés à l'aide de la puce HD pour le T-TAS®01.


Composants du coffret

- 1 flacon de 2,0 mL de réactif anti-sédimentation

Caractéristiques

Matériels fournis :

Disodium 4,4'-Dinitrostilbène-2,2'-disulfonate (DNDS), ProClin950, Eau distillée



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr