LUPUS ANTICOAGULANT (LA)

CONTRÔLE POSITIF FORT

CONTRÔLES MULTIPARAMÉTRIQUES (LA) Dosage chronométrique

CRYOcheck™ Lupus Positive Control



Produits Associés

- CRYOcheck™ Hex LA™
- CRYOcheck™ LA Check™
- CRYOcheck™ LA Sure™
- CRYOcheck™ Lupus Negative Control
- CRYOcheck™ Platelet Lysate
- CRYOcheck™ Weak Lupus Positive Control

Référence	Présentation	Format
CCLP-05	Coffret	25 x 0,5 mL
CCLP-10	Coffret	25 x 1,0 mL



Plasma positif fort pour les dosages des lupus anticoagulants (LA).


Le plasma CRYOcheck™ Lupus Positive Control est préparé à partir de plasmas de patients ayant un lupus anticoagulant. Il est donc recommandé comme contrôle positif fort pour les tests de détection des LA.

Informations

Les lupus anticoagulants (LA) sont des autoanticorps hétérogènes de type IgG et IgM directement dirigés contre une variété de phospholipides anioniques comme la cardiolipine, la phosphatidylsérine ou le phosphatidylinositol ou contre des protéines ayant la capacité de se lier aux phospholipides comme la β2-glycoprotéine I (β2-GPI).
La présence de LA est principalement détectée en utilisant des tests sensibles in vitro utilisant des phospholipides, comme le TCA (Temps de Céphaline activé) ou le dRVVT.
Ils ont la capacité in vitro d'allonger les temps de coagulation dépendants des phospholipides mais sont le plus souvent associés à des complications thrombotiques in vivo (thromboses veineuses ou artérielles, thrombopénies et pertes fœtales) et ne prédisposent pas à un risque hémorragique.
Le dRVVT est systématiquement utilisé dans le dépistage des LA. Il est considéré comme spécifique et robuste.

Composants du coffret

- 25 cryotubes de 0,5 mL ou 1 mL de plasma congelé



Points forts

Facilement adaptable, le réactif est conçu pour être utilisé sur la plupart des analyseurs d'hémostase.

Caractéristiques

Chaque lot est fourni avec un certificat d'analyses où figurent les résultats suivants :

- TCA (lupus sensible)
- TCA (mélange 1 : 1 Pool)
- TCA sur silice (SCT)
- Kaolin Clotting Time
- Rapport dRVVT
- LA phase hexagonal
- PNP (neutralisation plaquettaire)
- IgG / IgA / IgM pour :

° Anti-cardiolipine
° Anti-β-2-glycoprotéine 1
° Anti-phosphatidylsérine

Date d'expiration de 3 ans à la date de fabrication avec conservation entre -40° C et -80° C

Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr