DOSAGES DES ANTICOAGULANTS

ANTI-Xa

UFH

CONTRÔLES ANTICOAGULANTS

Dosage colorimétrique

TECHNOVIEW® UFH Cont High



Produits Associés

TECHNOVIEW® UFH Cal Set

TECHNOVIEW® UFH Cont Low

Référence	Présentation	Format
4-5090074	Flacon	5 x 1,0 mL



Plasmas de contrôle pour le dosage des héparines non fractionnées (HNF).

Les plasmas de contrôle de qualité TECHNOVIEW® UFH Control High sont titrés à ≈ 0,5 UI/mL, optimisé pour les méthodes anti-FXa.

Informations

Les héparines non fractionnées (HNF) sont des mucopolysaccharides sulfatés. Souvent utilisées dans la prévention et la prise en charge des accidents thromboemboliques veineux et artériels. Elles se lient à l'antithrombine et augmentent ainsi son effet inhibiteur sur les facteurs de la coagulation (principalement les FXa et la thrombine)

Composants du coffret

- 5 flacons de 1 mL de plasma lyophilisé

Caractéristiques

Les plasmas TECHNOVIEW® sont préparés à partir de plasmas citratés supplémentés avec différentes concentrations d'héparines.

Stabilité après reconstitution est de 1 mois à -20°C

Dosage	Gamme d'essai	Limite de détection
Fondaparinux (Arixtra®)	0,07 – 2,04 µg/mL	0,07 µg/mL
LMWH	0,05 – 1,62 IU/mL	0,05 IU/mL
UFH	0,06 – 1,49 IU/mL	0.06 IU/mL
Danaparoïd (Orgaran®)	0,08 – 1,60 IU/mL	0.08 U/mL
Rivaroxaban (Xarelto®)	10 - 700 ng/mL	10 ng/mL



Cryopep
La cryogénie au service de l'hémostase

Tél.: +33(0)4 67 10 71 20 - Fax: +33(0)4 67 10 71 21 - CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE - www.cryopep.fr